

# 溶出試験


アストマリ細粒 10%は、日本薬局方外医薬品規格第3部に定められたデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物細粒の溶出試験に適合した。

試験方法：溶出試験法第2法（パドル法）

回転数：毎分50回転

試験液：水

溶出規格：15分 80%以上



アストマリ細粒 10%の溶出試験結果を図1～4にそれぞれ示す。

※アストマリ細粒 10%はデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物細粒の標準製剤である。

