


溶出試験

アテノロール錠 25mg「ツルハラ」の溶出は、日本薬局方外医薬品規格第3部「アテノロール錠」の規格に適合した。

試験方法：溶出試験法第2法（パドル法）
 回転数：毎分50回転
 試験液：水（日本薬局方精製水）
 溶出規格：30分 75%以上



アテノロール錠 25mg「ツルハラ」につき、標準製剤を対照として、下記に示す4種試験液を用いて溶出試験を実施した。

試験結果

標準製剤を対照としたアテノロール錠 25mg「ツルハラ」の溶出試験結果を下図にそれぞれ示す。アテノロール錠 25mg「ツルハラ」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

