

溶出試験


カルボシステイン細粒 50%「ツルハラ」の溶出は、日本薬局方外医薬品規格第3部「L-カルボシステイン細粒」に適合した。(オレンジブック No. 19 掲載)

試験方法：溶出試験法第2法（パドル法）

回転数：毎分75回転

試験液：日本薬局方溶出試験の第2液

溶出規格：45分 70%以上



カルボシステイン細粒 50%「ツルハラ」につき、標準製剤を対照として、下記に示す4種試験液を用いて溶出試験を実施した。

試験結果

標準製剤を対照としたカルボシステイン細粒 50%「ツルハラ」の溶出試験結果を下図にそれぞれ示す。カルボシステイン細粒 50%「ツルハラ」の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

