

溶出試験

クロルプロマジン塩酸塩錠 25mg「ツルハラ」の溶出は、日本薬局方外医薬品規格第3部「クロルプロマジン塩酸塩錠」の判定基準に適合した。

試験方法：溶出試験法第2法（パドル法）

回転数：毎分75回転

試験液：pH6.8：日本薬局方溶出試験の第2液

溶出規格：60分75%以上

