

溶出試験

ヘマレキート錠 60mg の溶出は、日本薬局方外医薬品規格第三部「ジルチアゼム塩酸塩徐放錠」の規格に適合した。(オレンジブック No. 2 掲載)


試験方法：溶出試験法第2法（パドル法）

回転数：毎分50回転

試験液：水

溶出規格

規定時間	溶出率
15分	15～45%
45分	35～65%
180分	80%以上



ヘマレキート錠 60mg につき、標準製剤を対照として、下記に示す4種試験液を用いて溶出試験を実施した。

試験結果

標準製剤を対照としたヘマレキート錠 60mg の溶出試験結果を下図にそれぞれ示す。

ヘマレキート錠 60mg の溶出パターンは、標準製剤と同等であった。

